Опис

Пристрій Аква Маріс® Лейка являє собою пластикову ємність об'ємом 330 мл для приготування розчину для промивання носа в наборі із засобом для промивання Аква Маріс® у вигляді 30 пакетів-саше з сіллю Адріатичного моря. 1 пакет-саше містить 2,97 г морської солі.

Пристрій оториноларингологічне Аква Маріс® Лейка дозволяє зручно і безпечно промивати ніс по всій довжині носових ходів. Рідина для промивання подається в порожнину носа «самопливом», тобто без додаткового тиску, що дозволяє уникнути такого ускладнення, як запалення середнього вуха (отит). ***Процедура проста і безпечна навіть для дітей, вагітних і жінок, що годують.***

При промиванні порожнини носа за допомогою пристрою Аква Маріс® Лейка з поверхні слизової носа видаляється патологічне вміст разом з вірусами, бактеріями,
алергенами і пилом, зменшується набряк і запалення, підвищується тонус капілярів.

Призначення

Пристрій Аква Маріс® Лейка рекомендовано для індивідуального використання і застосовується з метою лікування і профілактики різних запальних захворювань носоглотки.

Показання

Пристрій для промивання носа Аква Маріс® Лейка забезпечує дієве і дбайливе звільнення носоглотки від слизу і сторонніх часток і рекомендується до застосування:
• при гострому і хронічному риніті
• при ГРВІ
• при алергічного риніту
• при гострому і хронічному гаймориті, фронтите, етмоїдиті
• при аденоидите
• при підвищеній сухості слизової оболонки носа і освіті кірок
• часто хворіють пацієнтам
• після хірургічного втручання на порожнини носа (за рекомендацією лікаря).

Протипоказання

Гострий отит і загострення хронічного отиту, індивідуальна непереносимість компонентів кошти для промивання, часті носові кровотечі, доброякісні та злоякісні новоутворення в порожнини носа, повна непрохідність носових ходів, дитячий вік до 3-х років.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Можливе застосування при вагітності та в період лактації.

Спосіб застосування та дози

1. Розріжте пакетик і висипте морську сіль в пристрій.
2. Заповніть пристрій кип'яченою водою температури тіла до мітки і перемішуйте до повного розчинення солі.
3. Займіть зручне положення перед раковиною. голову нахиліть вперед і злегка поверніть убік.
4. Зробіть глибокий вдих і затримайте дихання. Прикладіть кінчик пристрою до вишерасположенной ніздрі таким чином, щоб він був щільно притиснутий до неї.
5. Нахиліть пристрій таким чином, щоб розчин почав надходити з кінчика пристрою в ніздрю. Розчин буде витікати з протилежної ніздрі.
6. Для видалення залишків розчину з носа висякаєтеся, не змінюючи положення голови.
7. Потім висякаєтеся в прямому положенні.
8. Повторіть процедуру з іншою ніздрею.
9. Після використання промийте пристрій прохолодною водою і добре його висушіть.

Діти

Заборонено застосовувати дітям віком до 3-х років.

Побічні реакції

Не виявлені.

Термін придатності

3 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності.

Умови зберігання

Експлуатація, зберігання, транспортування здійснюються при температурі навколишнього середовища не вище 25ºС.
Медичний виріб має зберігатися в сухому, недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 1 лійці і 30 пакетів-саше з сіллю в картонній упаковці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d. (ЯДРАН - Галенська ЛАБОРАТОРІЙ а.о.), Svilno 20, 51000 Rijeka, Croatia (Свілно 20, 51000 Рієка, Хорватія).

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

119330, г. Москва, Ломоносовський пр-т, д.38, офіс 30