

## **Загальні характеристики**

Презервативи Viva для УЗД для ректо-вагінального датчика апарату ультразвукового дослідження:

- виготовлені з натурального латексу;
- кожен презерватив пройшов індивідуальну електронну перевірку;
- прозорі;
- без змащення, так як для УЗД використовується спеціальна провідна змазка, несумісна з силіконовою змазкою;
- без накопичувача для більш щільного облягання датчика апарату УЗД;
- легко одягаються на датчик, не зісковзують, не утворюють складок, тим самим не вносять перешкод у дослідження;
- рекомендовані для використання з усіма видами датчиків апарату УЗД.
- діаметр - 28 мм;
- довжина - 190 мм;
- товщина стінки - 0,065 мм.